



擬似試験

MFT株式会社


(試験内容)

手術用針(マイクロサージュリー)をアルミの板の上に置き、鋳物中の異物に見立てて検出可能か？
を確認した。針をセンサが横切るように動かし出力信号を確認した。
(針の大きさ:Φ 50 μ x 3.5mm)



(データ)

下図のように微小針を検出できた。



以上